



ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1743/13.11.2024

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΔΥ-ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βαθύ Ιθάκης

Τ.Κ: 28300, Ιθάκης

Πληροφορίες: Καχρίλα Ιωάννα

Τηλέφωνο: 2674360121

e-mail: kyithaki@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
4. Το υπ'αριθμ. 4247/06.11.2024 αίτημα του ΚΥ Ιθάκης μέσω ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ.

Ανακοινώνει

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ AGFA DRYSTAR 5302 για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	UPS ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ AGFA DRYSTAR 5302	Τεμάχιο	1,00000

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 20/11/2024 14:00

Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.240,00€ (με ΦΠΑ)

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το σύνολο των όρων.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 05/11/2024

Α. Π.: 14467

Αρ. Πρωτ.: _____

Αργοστόλι, 05/11/2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η Υ.Πε.

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας
Υπαδιεύθυνση Τεχνικού
Τμήμα Βιοϊατρικής

Δ/ση: Σουηδίας
Αργοστόλι, 28100
Τηλ.: 2671361342
Email: g.pylarinos@1699.syzefxis.gov.gr
n.markopoulos@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Κ.Υ. Ιθάκης
ΚΟΙΝ:

Θέμα: Προμήθεια UPS ακτινολογικού εκτυπωτή Drystar 5302
Σχετ.: 1) Υπ. Αριθμ 1008/12-07-2024

Μετά από σχετικό έγγραφό σας, εγκρίνεται η σκοπιμότητα για προμήθεια ενός UPS για τις ανάγκες του εκτυπωτή ακτινογραφιών DRYSTAR 5302 του Κ.Υ. Ιθάκης λόγω μη επισκευάσιμης βλάβης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 1000 €

Τεχνικές Προδιαγραφές UPS

6^η Υ.Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14467/5.11.24.

- UPS τοπολογία: Line-Interactive
- Χωρητικότητα εξόδου ισχύος (VA): 1,5 kVA
- Ισχύς εξόδου: 900 W
- Κυματομορφή: Sine
- Τάση λειτουργίας εισόδου (ελάχ.): 170V
- Τάση λειτουργίας εισόδου (μέγ.): 300V
- Συχνότητα εισαγωγής: 50/60Hz
- Τάση λειτουργίας εξόδου (ελάχ.): 220V
- Τάση λειτουργίας εξόδου (μέγ.): 240V
- Συχνότητα εξόδου: 50/60Hz
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR): NAI
- Εκτίμηση κυματικής ενέργειας: 459J
- Τάση εξόδου THD: 5%
- Επίπεδο θορύβου: 46dB
- Ακουόμενα ξυπνητήρια: NAI
- Διαχείριση μέσω internet: NAI

- **Λειτουργίες ηχητικού συναγερμού:** Alarm when on battery, Low battery alarm, Overload alarm
- **Αυτόματη επανεκκίνηση:** NAI
- **Αντιστάθμιση τάσης θερμοκρασίας:** NAI
- **Τύποι πρίζας AC:** C13 coupler
- **Ρευματολήπτης:** C14 coupler
- **Ποσότητα θηρών AC:** 4
- **Θύρα USB:** NAI
- **Πλήθος θυρών USB 2.0:** 1
- **Διασύνδεση SCSI:** RJ-45
- **Τεχνολογία μπαταρίας:** Sealed Lead Acid (VRLA)
- **Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγ.):** 6 έτη
- **Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας:** 3 h

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας.

Ο υπεύθυνος του
Τμήματος Βιοϊατρικής

Ο προϊστάμενος της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικού

Νικόλαος Μαρκόπουλος
Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων

Γεράσιμος Ν. Πυλαρινός
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός