



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ &  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΚΕΝΤΡΟ  
ΥΓΕΙΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ, 19/3/2025  
Αρ. Πρωτ. 193

**ΠΡΟΣ:**

Διεύθυνση : Φιλιατρά Μεσσηνίας  
Τ.Κ. : 243 00  
Πληροφορίες : Δ. Στυλιανόπουλος  
Τηλέφωνο : 2761360511

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

E-mail : [kyfiliatron@1623.syzefxis.gov.gr](mailto:kyfiliatron@1623.syzefxis.gov.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 47095/24-7-2023 απόφαση (της 6ης Υ.Πε.) ορισμού υπεύθυνου συντονιστή του Κ.Υ. Φιλιατρών (ΑΔΑ: 9ΡΓ9469ΗΔΜ-7Ο6)
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 208/21-1-2025 αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

**Ανακοινώνει**

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών

# 25PROC016497734 2025-03-19

του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(*)	Υπηρεσία	1

(ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: Ψ4Ξ3469ΗΔΜ-6Μ7)

(\*) Αφορά συγκεκριμένα τον ακόλουθο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (του Κ.Υ. Φιλιατρών):

- 1) (Απινιδωτής) HEART GUARDIAN HR-501
- 2) (Καρδιογράφος) CARDIETTE AR 1200 VIEW
- 3) (Καρδιογράφος) ESAOTE S.P.A. (P80)
- 4) (Καρδιογράφος) CARDIETTE AR 1200 VIEW
- 5) (Καρδιογράφος) CONTEC ECG1200G
- 6) (Καρδιογράφος) NIHON COHDEN TEC-7521K

✓ *Ο έλεγχος και η συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης.*

## ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:

- 50421000-2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

**Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 27/03/2025 14:00**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

## ΓΕΝΙΚΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το σύνολο των όρων.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

## ΤΙΜΕΣ

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

## ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.

## ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

**Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ**

**Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ**

α/α



**Ευαγγελία Καστρισεά**

(Διευθύντρια, Γενικής Ιατρικής)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

1. Οι εργασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα πραγματοποιούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου κάθε μηχανήματος.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει προσωπικό με σχετικές νόμιμες άδειες, αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο στα συγκεκριμένα μηχανήματα. Απαιτείται η κατάθεση των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εκπαίδευσης που παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε τεχνικούς που παρακολούθησαν τις εκπαιδεύσεις. Εναλλακτικά, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, εμπειρία εκτέλεσης συμβάσεων ιδίων συστημάτων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή ετήσιες συμβάσεις των τελευταίων 3 ετών, τα οποία σχετικά έγγραφα, απαιτείται να προσκομίσει και να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού.
3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, τις προληπτικές συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι διακριβωμένες και τα σχετικά φύλλα διακρίβωσης να είναι σε ισχύ και να κατατεθούν.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών για τα συγκεκριμένα μοντέλα των μηχανημάτων επί ποινή απόρριψης.
5. Ο ανάδοχος να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης :
  - ✓ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
  - ✓ ISO 13485:2016 για την «διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
  - ✓ Πιστοποίηση σύμφωνα με την Υ.Α. 1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
  - ✓ Σχετικές Βεβαιώσεις ότι είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.
  - ✓ Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
  - ✓ Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 «συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία».
  - ✓ Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 για την «διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών».

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :**

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένη συντήρηση τουλάχιστον μια (1) φορά ανά έτος. Αν και εφόσον, προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο, μεγαλύτερος αριθμός επισκέψεων προληπτικών συντηρήσεων, τότε απαραίτητα να ακολουθηθεί. Οι εργασίες συντήρησης να είναι πάντα σύμφωνες με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Οι

## 25PROC016497734 2025-03-19

εν λόγω επισκέψεις να λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργασιμων ωρών και ημερών προγραμματισμένα, με γραπτή ενημέρωση προς το εκάστοτε Κέντρο Υγείας.

2. Ο τεχνικός του αναδόχου, υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστικό οίκο εργασίες και έλεγχοι που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, στους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Κέντρων Υγείας, οι οποίοι θα είναι και η επιβλέπουσα αρχή των εργασιών. Επιπλέον η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να παρέχει για κάθε Μηχάνημα, βιβλίο συντήρησης το οποίο και θα συμπληρώνει με τα απαραίτητα στοιχεία και θα παραμένει στο Κέντρο Υγείας.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται εκτελέσει όλες τις αναγκαίες μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 60601 και να εκδώσει πιστοποιητικό ηλεκτρικής ασφάλειας με δικά του διακριβωμένα όργανα τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά. Να κατατεθούν με την προσφορά και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτών.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές, κτλ που υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρεία χωρίς επιπλέον χρέωση.
5. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό της εταιρείας, των Κέντρων Υγείας ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπειριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του.
6. Στο τίμημα της ετήσιας προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται :
  - ✓ Μόνο τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και τα οποία θα χρεώνονται ξεχωριστά σε περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών του μηχανήματος (παραμένοντας αυστηρά τα παλαιά στο Κέντρο Υγείας), μετά από συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του εκάστοτε Κέντρου Υγείας.
  - ✓ Επισκευή τυχόν μικροβλαβών που εντοπιστούν κατά την διάρκεια της συντήρησης θα πραγματοποιούνται χωρίς επιπλέον κόστος.
  - ✓ Επιπρόσθετα μια δωρεάν επίσκεψη (μετάβαση και εργασίες) σε τυχόν βλάβη που προκύψει σε διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
  - ✓ Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών του.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα καταθέσει, να συμπεριλάβει αναλυτικό φύλο συμμόρφωσης για όλους τους γενικούς όρους και τις υποχρεώσεις του επί ποινή αποκλεισμού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το προσωπικό του κάθε Κέντρου Υγείας είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις υποδείξεις του Συντηρητή, σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.**