

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ		
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Οι φιάλες να είναι καινούργιες και αμεταχειρίστες, που θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό κατασκευής.	ΝΑΙ	
2. Να είναι υψηλής πίεσης άνευ ραφής.	ΝΑΙ	
3. Να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα 34CrMo4	ΝΑΙ	
4. Πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED/PED, ADR/RID	ΝΑΙ	
5. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα & ISO 9809-1 ή με αντίστοιχες πιστοποιήσεις.	ΝΑΙ	
6. Ελάχιστο πάχος τοιχώματος: 3,3mm		
7. Σπείρωμα τύπου 25E	ΝΑΙ	
8. Υδραυλική δοκιμή στα 300bar	ΝΑΙ	
9. Πίεση λειτουργίας στα 200bar	ΝΑΙ	
10. Φέρει χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο αέριο	ΝΑΙ	
11. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-88 (και τροποποίηση 12502/206/8-6-89)	ΝΑΙ	
12. Φέρει σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής.	ΝΑΙ	
13. Φέρει πιστοποίηση «π» με τον τετραψήφιο αριθμό του οργανισμού που την κοινοποίησε	ΝΑΙ	
14. Φέρει χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεσης δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος, Κλείστρο – Βαλβίδα τύπου στρόφιγγας γαλλικού τύπου NF	ΝΑΙ	

(σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2491/86). Πληροί όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED 2010/35/EU, και «π». Πίεση λειτουργίας στα 200 bar. Οξυγόνο: Θηλυκό Φ22,91 βήμα 1,814 δεξιό.		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
1. Να παρέχεται εγγύησης καλής λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής για όλα τα μέρη της συσκευής τουλάχιστον για 5 έτη υδραυλικών δοκιμών.(Να φέρει αντίστοιχο πιστοποιητικό).	ΝΑΙ	
2. Η εταιρεία να φέρει κατ ελάχιστο ISO 9001: 2019.	ΝΑΙ	
3. Η παράδοση να πραγματοποιηθεί το πολύ εντός 10 ημερών από την έκδοση του δελτίου παραγγελίας. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος.	ΝΑΙ	
4. Η προσφορά θα γίνεται δεκτή μόνο αν συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατασκευής των φιαλών.	ΝΑΙ	
5. Στα παραστατικά πώλησης υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα εγχάρακτα serial numbers των φιαλών.	ΝΑΙ	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		
1. Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες (λαιμός και κορμός φιάλης σε RAL 9010) σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) EN 1089.03 . Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών να είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) .	ΝΑΙ	

<p>2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει και να παραδίδει τις φιάλες από χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο αριθμός των φιαλών που θα παραδίδονται προς πλήρωση καθορίζεται <u>αποκλειστικά και μόνο</u> από την υπηρεσία.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>3. Ο χρόνος επιστροφής των φιαλών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10 ημερολογιακές ημέρες</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>4. Οι φιάλες θα πρέπει να υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωση τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β' /9-6-88).</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>5. Στην περίπτωση όπου μια φιάλη κριθεί ακατάλληλη θα πρέπει να επιστρέφεται κενή συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό ακαταλληλότητας. Η οριστική καταστροφή της φιάλης θα γίνεται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της υπηρεσίας.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη εργασία όπως υδραυλική δοκιμή ή αντικατάσταση του κλείστρου αυτή θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>7. Στην περίπτωση όπου απαιτείται η αντικατάσταση κλείστρου αυτό θα πρέπει να είναι θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήμα 1,814mm καινούργιο και να πληρεί τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>8. Όλες οι φιάλες θα φέρουν καλύπτρα ασφαλείας κλείστρου φιάλης.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	

<p>9. Οι φιάλες θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεση δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος κ.λπ.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>10. Σε κάθε παράδοση φιαλών ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί στην υπηρεσία τον αριθμό των χορηγούμενων φιαλών αναφέροντας το σειριακό αριθμό αυτών (serial number), την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών καθώς και την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου προϊόντος και να προσκομίζει το πιστοποιητικό ανάλυσης παρτίδας προϊόντος καθώς και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια παραγωγής , εμφιάλωσης και διανομής ιατρικού οξυγόνου</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>11. Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες (λαιμός και κορμός φιάλης σε RAL 9010) σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) EN 1089.03 . Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών να είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) .</p>	<p>ΝΑΙ</p>	